by VOSS healthcare

Erstmaliger Aufbau & Nutzereinweisung

Für folgende Modelle:

ello_v02_55G, ello_v02_55R, ello_v02_55B,
ello_v02_62G, ello_v02_62R, ello_v02_62B

1. Übersicht

1.1 Erstmontage – Schritt-für-Schritt

1. Vorderräder montieren.
   Details in Kapitel 2
2. Höhe der Griffe einstellen.
   Details in der Bedienungsanleitung
3. Bremseinstellung überprüfen.
   Methode zur Einstellung in der Bedienungsanleitung
4. Rückengurt montieren.
5. Tasche montieren.

1.2 Checkliste zur Erstmontage

- ☐ Vorderräder & Designblenden montiert
- ☐ Griffe auf dieselbe & korrekte Höhe eingestellt
- ☐ Höheneinstellung fest fixiert
- ☐ Bremseinstellung überprüft
- ☐ Rückengurt montiert
- ☐ Tasche montiert

1.3 Checkliste zur Funktionsüberprüfung

- ☐ Gerät lässt sich ein- und ausschalten.
- ☐ Alle Lichter funktionieren.
  Dazu Lichtsensor (in Unterseite des rechten Sitzes, siehe Bild) abdecken.
  ello hat 5 Lichter (2x vorne, 2x hinten, 1x unter Sitz).
- ☐ Hupe funktioniert.
- ☐ Hindernis-Taste funktioniert.
  Wenn nicht, Einstellung der Bremse überprüfen.
- ☐ Gerät unterstützt merklich beim Gehen hangaufwärts.
- ☐ Gerät bremst merklich beim Gehen hangabwärts.
  Dazu Fitness-Level auf eine niedrige Stufe stellen.

2. Vorderräder montieren

1. Sicherheitspin aus dem Rahmen entfernen.
   Am besten mit dünnem Werkzeug (Imbus, Schraubenzieher) herausdrücken.

2. Vorderradgruppe einstecken.
   Rechts/links sind identisch. Dabei darauf achten, dass die Aussparung (A) nach unten schaut.





3. Sicherheitspin wieder einführen.

4. Korrekte Befestigung überprüfen.
   Dafür am Rad ziehen.

5. Designblenden aufsetzen und festklipsen.
   ***Achtung:** Designblenden rechts/links sind unterschiedlich.*

3. Nutzereinweisung

ello ist so konzipiert, dass er möglichst einfach und intuitiv gesteuert werden kann. Dennoch ist eine ausführliche Einweisung erforderlich, da sich ello von einem handelsüblichen Rollator unterscheidet.

3.1 Grundprinzip

ello einschalten und loslaufen – die Sensorik übernimmt die Anpassung der Unterstützung.
Damit dies optimal funktioniert, muss das passende Fitness-Level für den Nutzer eingestellt werden. Dieses beeinflusst primär das Bremsverhalten hangabwärts und das Verhalten bei Nutzung der Hindernis-Taste.

Hinweis: *Immer den Begriff Fitness-Level verwenden – keine Alternativen wie „Unterstützungsstufe“ oder „Geschwindigkeitsstufe“. Diese führen zu Verwirrung bei den Nutzern.*

Folgende Funktionen und Handhabungen müssen mit dem Nutzer mind. einmal geübt werden (wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben):

- Hangaufwärts & hangabwärts gehen.
- Stufe aufwärts & abwärts überwinden.
- Rollator (ent-)klappen.
- Akku laden.

3.2 Besonders wichtige Sicherheitshinweise

- Parkbremse immer vor dem Hinsetzen einlegen!
- Falls die Bremsen zu fest oder zu locker eingestellt sind, müssen sie nachjustiert werden!
- Kein Personentransport auf dem Rollator!

3.3 Hinweise zur Nutzung

- Die Hindernis-Taste dient nur zum Überwinden von Hindernissen und unebenem Gelände – **nicht für den Dauerbetrieb**.
- Anfängliche Schwierigkeiten beim Überqueren von Hindernissen sind normal.
  Die richtige Technik muss vermittelt werden (siehe Bedienungsanweisung).
- Falls das Gerät hangabwärts nicht ausreichend bremst, kann das Fitness-Level angepasst werden. Falls dies nicht ausreicht, sollte die manuelle Bremse genutzt werden.
- Der Rollator kann in ausgeschaltetem Zustand wie ein handelsüblicher Rollator genutzt werden.

ello
by VOSS healthcare

Erstmaliger Aufbau & Nutzereinweisung

Hersteller
VOSS healthcare GmbH
Jülicher Straße 306
52070 Aachen
Germany
info@voss-healthcare.net
+49 241 510 056 22

Teilenummer: 7013348400
Version: v01.0DE

Besuchen Sie uns im Internet unter: voss-healthcare.net